



A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS/MA

PREGÃO nº 013/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0023/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO
19	Autoclave vertical, marca Phoenix, modelo AVS, capacidade 100 litros, procedência nacional, Registro ANVISA nº 8000479002 , com estrutura da câmara (vaso de pressão) em formato cilíndrico construído em aço inoxidável AISI 304 e acabamento polido sanitário, revestida externamente com material isolante ao calor, que além de otimizar o seu funcionamento, reduz o consumo de energia e minimiza a transferência de calor ao ambiente, dotada de registro de esfera para escoamento manual, permitindo limpeza e drenagem total do equipamento. Tampa com abertura leve e suave, com revestimento que protege o operador contra queimaduras e totalmente construída em aço inoxidável AISI 304, com anel de vedação em silicone resistente a altas temperaturas, possui sistema mecânico que impede o fechamento acidental garantindo a segurança do operador, além de possuir fechamento fabricado em aço inoxidável, em dois estágios e rolamento que facilita o fechamento manual e reduz o esforço físico. Aquecimento por meio de resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada em tubo de aço inoxidável. Possui pressão máxima de trabalho de 1,60 kgf/cm ² , correspondente a 127°C e PMTA de 1,80 kgf/cm ² que corresponde a 130°C. Sistema de segurança mecânico com válvula de segurança regulada para atuar com pressão igual ou superior à PMTA (pressão máxima de trabalho admissível) e válvula antivácuo. Cesto em aço inoxidável totalmente perfurado para permitir uma boa circulação do vapor, fato que garante excelente qualidade na esterilização. Dotado de válvula para descompressão lenta e/ou vapor fluente. Abastecimento de água manual para início do ciclo de esterilização, com indicação de nível de água no suporte de cesto. Estrutura externa (gabinete) construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática e montado sobre quatro pés de borracha. Equipamento de fácil instalação, não requer instalação hidráulica, apenas um ponto próximo de esgoto. Comando Controlador microprocessado 8 bits com interface por meio de teclas e display alfanumérico LCD 2 linhas x 16 colunas para visualização dos parâmetros e etapas do processo, contendo 6 programas, sendo 4 configurados de fábrica e 2 pré configurados, sendo: Vidraria (127 °C/30 min), Descontaminação (127 °C/40 min), Líquidos (121°C/20 min), Instrumentais (127 °C/20 min) e Usuário 1 (121°C/15 min) e Usuário 2 (121°C/30 min.) com temperatura e tempo configuráveis. O controlador possui sistema eletrônico de segurança de	UND	02	R\$16.000,00 (dezesesseis mil reais)

MAKTUB COMERCIAL MÉDICA LTDA

CNPJ 52.305.536/0001-19 IE 181.603.573.110

AVENIDA FEIJO, 704 - SALA 01

CENTRO, ARARAQUARA-SP CEP 14801-140

maktub.cml@gmail.com 16 99750-6603





cancelamento automático do ciclo em caso de temperatura excessiva, porta aberta ou tempo limite de aquecimento (configurável). Alarme sonoro para indicação de fechamento da válvula de purga, com temperatura de atuação configurável e alarme de final de ciclo. Calibração por software de sensor de temperatura e bloqueio do início do ciclo em caso de porta aberta. Sensor PT-100 com excelente precisão e monitoramento no controle da temperatura. Instrumentos de Medição e Controle Manômetro correspondente a pressão (de 0 a 3,0 kgf/cm²), pressão máxima de trabalho de até 1,6 kgf/cm² e faixa de temperatura de trabalho de 90 a 127°C. Fabricada de acordo com normas ABNT NBR 11817, EN 62304, EN 14971, EN 15223-1 e atende ASME VIII - Div. I e norma regulamentadora NR-13. Acompanha manual do usuário, prontuário e relatório de testes hidrostático do vaso de pressão e relatórios de calibração. Empresa certificada com base nas normas ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 13485 e atende as Boas Práticas de Fabricação (BPF) conforme RDC 665 da ANVISA. Fabricante Phoenix Lufenco Ltda			
VALOR TOTAL: R\$32.000,00 (trinta e dois mil reais)			

CONDIÇÕES GERAIS:

1. Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.
2. Prazo de entrega: 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
3. Pagamento: 10 (dez) dias úteis.
4. Garantia: 12 (doze) meses
5. Assistência Técnica: Declaramos para todos os fins que Assistência Técnica será prestada pela empresa Phoenix Lufenco Ltda, empresa que temos autorização para revender os produtos e utilizar a Rede de Assistência técnica em todo território nacional, além disso a empresa executará os serviços de manutenção preventiva e corretiva, durante e posterior a garantia com fornecimento de peças. A assistência ocorrerá de forma permanente e gratuita durante todo o período de garantia para a Prefeitura Municipal de Davinópolis/MA. O engenheiro responsável é o Sr. Gabriel Vicente Druzian, telefone para contato: (16) 3324-6600, e-mail: assistec@phoenix.ind.br.
6. Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: Maktub Comercial Medica Ltda	
Endereço: Av. Feijó, Centro, Araraquara/SP – CEP 14.801-140	
CNPJ: 52.305.536/0001-19	Inscrição Estadual: 181.603.573.110
Telefone: (16) 99750-6603 – Contato: Bianca Oliveira	e-mail: maktub.cml@gmail.com

MAKTUB COMERCIAL MÉDICA LTDA

CNPJ 52.305.536/0001-19 IE 181.603.573.110
AVENIDA FEIJO, 704 - SALA 01
CENTRO, ARARAQUARA-SP CEP 14801-140
maktub.cml@gmail.com 16 99750-6603



**DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL:**

Nome: Giuliana Giglioli Garibaldi	
RG: 26.5270-29 SSP/SP	CPF: 264.002.938-09
Nacionalidade: brasileira	Cargo: sócia administradora
Endereço: Av. Feijó, Centro, Araraquara/SP – CEP 14.801-140	
Dados Bancários: Banco do Brasil / Agência 3405-3 / CC 41000-4	

Araraquara, 01 de agosto de 2024.

MAKTUB

COMERCIAL MEDICA

LTDA:523055360001

19

Assinado de forma
digital por MAKTUB
COMERCIAL MEDICA
LTDA:52305536000119
Dados: 2024.08.01
15:06:44 -03'00'

Giuliana Giglioli Garibaldi

Sócia-administradora

CPF nº 264.002.938-09

MAKTUB COMERCIAL MÉDICA LTDA

CNPJ 52.305.536/0001-19 IE 181.603.573.110

AVENIDA FEIJO, 704 - SALA 01

CENTRO, ARARAQUARA-SP CEP 14801-140

maktub.cml@gmail.com 16 99750-6603

